

راهنمای نگهداری و مراقبت از آنژیوکت در منزل

چاپ کنید و کنار تخت بیمار بگذارید؛ هر عضو خانواده یک الگوی واحد داشته باشد

بخش ۱ – مشخصات آنژیوکت بیمار (پرستار پر می‌کند)

مورد	مشخصات
تاریخ جاگذاری	___ / ___ / ۱۴___ ساعت: ___
بازو و محل	☐ دست راست ☐ دست چپ ☐ ساعد ☐ پشت دست ☐ دیگر
گژ (سایز کانولا)	18G ☐ 20G ☐ 22G ☐ 24G ☐
موعد تعویض (۷۲-۹۶ ساعت)	___ / ___ / ۱۴___
فلاش شده با سالین؟	☐ بله ☐ خیر آخرین فلاش: ___ / ___

بخش ۲ – چک لیست روزانه (هر روز یک تیک بزنید)

☐ محل کانولا بدون قرمزی، تورم و ترشح است

☐ پوست اطراف همدمای بقیه دست است (گرم و دردناک نیست)

☐ پوشش شفاف چسبیده و خشک است (خیس نشده)

☐ لوله خم نشده و دست آزادانه حرکت می‌کند

☐ در صورت وصل بودن سرم: قطره‌چکان با نرخ تجویز می‌چکد

بخش ۳ – جدول نشانه‌های خطر و اقدام فوری

نشانه	احتمال	اقدام فوری
تورم و درد هنگام سرم	بیرون زدن مایع به بافت	بستن کلمپ + تماس فوری با پرستار
قرمزی و گرمی روی مسیر رگ	ورم/عفونت وریدی	عکس بگیرید + تماس همان روز
تب و لرز تازه	عفونت خط وریدی	تماس با پزشک معالج + اطلاع مرکز
خونریزی از محل	جابه جایی لوله	فشار تمیز با گاز + تماس فوری
قطع قطره‌چکان	انسداد یا خمیدگی	خودسرانه کمک نگیرید؛ تماس با مرکز

نکات طلایی: کاف و لوله را با دست شسته دست بزنید؛ سرعت سرم را فقط با دستور پزشک تغییر دهید؛ حمام با کاور ضدآب؛ موعد تعویض را در تقویم گواشی علامت بزنید.

بخش ۴ – فهرست وسایل جلسه تعبیه/تعویض آنژیوکت

- ست آنژیوکت استریل یک‌بارمصرف (گژ مناسب بیمار)
- چسب شفاف استریل (پوشش شفاف) و نوار تثبیت
- سرم سالین ۰.۹٪ + سرنگ ۵ سی‌سی برای فلاش

- الکل ۷۰٪ / محلول ضد عفونی + گاز استریل
- دستکش یک بار مصرف و شنیل/گره نگهدارنده دست
- دفترچه ثبت سرم (برای یادداشت تاریخ و ساعت)

اعزام پرستار برای تعبیه آنژیوکت و وصل سرم در کرج و البرز

0764 767 0912

hilahealth.com – فرم ثبت درخواست آنلاین در سایت

tel: **09127670764** | hilahealth.com

هیلا هلت | خدمات پرستاری و پزشکی در منزل کرج و البرز